


LABSON, GEOTÉCNIA Y SONDEOS, S.L.	LIBRO DE ACREDITACIÓN INVENTARIO EQUIPOS		R-P-13-1 formato rev 0 Rev.:14 Fecha: 13/09/17 Página 1 de 17
-----------------------------------	---	--	--

## RELACIÓN GENERAL DE EQUIPOS. INVENTARIO HISTÓRICO DE CALIBRACIÓN/ VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
<a href="#">E-MOV-0001</a>	TAMICES O CEDAZOS	5/04/06		VIDRAFOC	TA-01-99	029123.1	V. ANUAL	AGOST-17	AGOST-18	DPS DE CADA USO	Verificación anual de listado y codificación
<a href="#">E-MCO-0002</a>	BALANZA 120 GR x 0.0001g	5/04/06		COBOS	AY-120	D439600155	ANUAL	JULIO 17	JULIO 18	DPS CADA USO	
<a href="#">E-MCO-0003</a>	BALANZA 2000 GR.	5/04/06	BAJA TEMPORAL	COBOS	D-2000JC	D516100491	ANUAL	JULIO 10	---	DPS CADA USO	FUERA DE USO TEMPORALMENTE
<a href="#">E-MOO-0004</a>	HORNO MUFLA HOBERSAL	10/04/06	BAJA TEMPORAL ENERO-2012	VIDRAFOC	HD-230PA	H-18-4-2006-780	----	---	----	CADA DOS MESES	FUERA DE USO TEMPORALMENTE
<a href="#">E-MOV-0005</a>	ESTUFA DESECACIÓN	6/04/06	BAJA TEMPORAL	PROETI	P0021	603201	V. ANUAL	AGOSTO 2016	--- Al iniciar de nuevo su uso	LIMPIEZA MENSUAL	FUERA DE USO TEMPORALMENTE (C.V. 1/16)
E-MOV-0006	CÁMARA HÚMEDA	14/04/06		DTISA			V. ANUAL	SEPT 2017	SEPT 2018	LIMP. MENSUAL	CAMBIAR PILA DEL PROGRAMADOR TODOS LOS AÑOS (EN JUNIO / JULIO)
<a href="#">E-MOV-0007</a>	CALIBRE PIE DE REY	17/04/06		PROETI	K0076	---	V.ANUAL	SEPT 2017	SEPT 2018	COND. DE CONSERVACIÓN	
<a href="#">E-MOV-0008-1</a>	CUCHARA CASAGRANDE	4/04/06	BAJA TEMPORAL	CONTROLS	22-F0030/F	06118113	V. ANUAL	AGOSTO 2016	--- Al iniciar de nuevo su uso	DPS CADA USO	FUERA DE USO TEMPORALMENTE (C.V. 3/16)
<a href="#">E-MOV-0008-2</a>	ACANALADOR CASAGRANDE	4/04/06		CONTROLS	22-F0030/F	06031465	V. ANUAL	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	DPS CADA USO	
<a href="#">E-MOV-0008-3</a>	ACANALADOR CURVO	4/04/06		CONTROLS	22-F0030/F	06031465	V. ANUAL	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	DPS CADA USO	
E-MOO-0009	MORTERO CON MAZO DE HIERRO	20/04/06		VIDRAFOC	1553/2	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MOO-0010</a>	CALIBRE PIE DE REY	21/01/11		WIHA	DIGIMAX	4660926	V. ANUAL	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	LIMP. MENSUAL	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
<a href="#">E-MOV-0011-1</a>	ESCLERÓMETRO	Oct 2013		CONTROLS	58-C0181/N	06021101	V. ANUAL	AGOSTO 2016	AGOSTO/17	ANUAL	
E-MOO-0011-2	YUNQUE DE TARADO	21/07/06		IIC							SOLO SE EMPLEA COMO PATRON PT-03
E-MOO-0012	PLACA CIRCULAR COMBIPLAC	10/04/06		VIDRAFOC	3002301	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	
E-MOO-0013	PLACA CIRCULAR COMBIPLAC	10/01/10		VIDRAFOC	3002301	0545277				LIMPIEZA MENSUAL	
<a href="#">E-MOV-0014</a>	PHMETRO PORTATIL	5/04/06		VIDRAFOC	PH25	613028	V. ANUAL	JULIO 16	Julio/17	DSP DE CADA USO	
E-MOO-0015	DENSIMETRO DE PESO ESPECÍFICO	5/04/06		VIDRAFOC	3031.007	06191255	---	---	---	DPS DE CADA USO	
E-MOO-0016	TERMÓMETRO VARILLA B HG	10/04/06		VIDRAFOC	1170-B/3	---	---	---	---	DPS DE USAR	
<a href="#">E-MOV-0017</a>	MAQUINA LOS ÁNGELES	17/04/06		PROETI	A-0625	606625	V. ANUAL (BOLAS DE DESGASTE)	JUNIO 17	JUNIO 18	LIMPIEZA POR DENTRO DPS USO	
E-M00-0018-1	DESECADOR	17/04/06		PROETI	V6183	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	
E-M00-0018-2	DISCO PORCELANA DESECADOR	17/04/06		PROETI	V6203	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	
E-M00-0019	AGITADOR DE PALETAS	4/04/06		CONTROLS	22-T0060/1	06031593	---	---	---	DPS DE CADA USO	
E-MOV-0020	CRONÓMETRO	17/04/06	17/01/07	PROETI	V0070	---	-----	---	-----	OBSERVACIÓN CONTINUA	
E-MOV-0021	EDÓMETRO	17/04/06		PROETI	ETI-S0105	---		AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	LIMPIEZA DPS USO VERIFICACIÓN ANUAL	BANCADA AZUL CON 3 PUESTOS
E-M00-0022	PACHOMETRO	02/08/12		BOSCH	PMD 10	203013030				LIMPIEZA	
E-MOO-0023	MOLDES DE PROBETAS TRIPLE (4X4X16 cm)	17/04/06		PROETI	C0090	---	---	---	---	LIMP.DPS USO Y ENGRASAR CON DESENCO FRANTE	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0024	REFRENTADOR	17/04/06	20/11/10	PROETI	H0166	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	FUERA DE USO TEMPORAL POR FALTA DE EMPLEO
E-MOO-0025	MECANISMO DE ALINEACIÓN	17/04/06	20/11/10	PROETI	---	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	FUERA DE USO TEMPORAL POR FALTA DE EMPLEO
E-MOO-0026	DISPOSITIVO DE ROTURA A COMPRESIÓN	12/04/06		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	
E-MOO-0027	DISPOSITIVO DE MEZCLADO CON MORTERO DE AZUFRE	4/04/06	20/11/2010	CONTROLS	10-D1403	06600085	---	---	---	MENSUAL	FUERA DE USO TEMPORAL. DESHUSO DEL REFRENTADO CON AZUFRE
E-MOO-0028	MICRODEVAL 380V. TRIFAS	06/04/06		PROETI	A0655	603655	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0029	AMASADORA MORTEROS 220V MONOF.	6/04/06		PROETI	C0085	604085	---	---	---	DPS DE USAR	
E-MOO-0030	COMPACTADORA AUTOMÁTICA DE MORTERO	6/04/06		PROETI	C0100	604100	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0031	CORTADORA DE MUESTRAS 220V MONOFÁSICA. HORMIGON	6/04/06		PROETI	H0150	601150	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	
E-MOO-0032	APARATO ULTRASONIDOS	6/04/06		PROETI	H0395	601395	---	---	---	LIMP.SEMESTRAL DE BORNES	CALIBRAR PREVIAMENTE A CADA USO
E-MOV-0033	ESPECTROFOTÓMETRO UV-VISIBLE	17/04/06		ALBUS	4100	54100010	---	---	---	LIMP. DESPUES DE USO	
E-MOV-0034	CALIBRE DIGITAL	21/01/11		COMECTA	5900601-603	C812190034	VERIF. ANUAL	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	LIMP. DESPUES DE USO	
E-MOO-0035	CÁMARA DE CURADO MORTERO	6/04/06	08/2006	PROETI	C0107	601107	---	---	---	LIMPIEZA SEMESTRAL	
E-MCV-0036	BALANZA COBOS 1200Gx0,01g	10/04/06		VIDRAFOC	C-1200CBC	053940280	C. 2 AÑOS	JULIO 2017	JULIO 2018	LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0037	BAÑO PARA AGUA Y ACEITE	10/04/06		VIDRAFOC	6001197	----	---	---	---	CAMBIO DE AGUA SEMESTRAL	
<a href="#">E-MCO-0038</a>	PRENSA DE ROTURA CLASE 1	20/04/06		PROETI	H0233	600233	C. ANUAL	JULIO 2017	JULIO 2018	LIMPIEZA SEMANAL	
E-MOO-0039	DISPOSITIVO DE ROTURA A FLEXIÓN	12/04/06		IIC	---	---	---	----	---	LIMPIEZA MENSUAL	
<a href="#">E-MOO-0040</a>	MATERIAL DE PORCELANA	10/04/06		VIDRAFOC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	Revisión del listado anual
<a href="#">E-MOV-0041</a>	MATERIAL DE VIDRIO (VASOS, MATRACES, BURETAS Y PROBETAS)	10/04/06		VIDRAFOC	---	---		---	---	LIMPIEZA DPS USO	Revisión del listado anual
<a href="#">E-MOV-0042</a>	<a href="#">REACTIVOS y AGUA DESTILADA</a>	10/04/06		VIDRAFOC	---	---	V, ANUAL	Sep-2016	Sep.-2017	MANTENER COND. ADECUA DAS LABORAT.	Revisión anual de la caducidad del listado
E-MOO-0043	HABITACION DE CONDICIONES CONTROLADAS									LIMPIEZA	LABORATORIO DE QUIMICA ( SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOO-0044-1	APARATO VICAT	17/04/06		PROETI	C0015	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0044-2	MOLDE VICAT	17/04/06		PROETI	C0015	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0044-3	AGUJA VICAT	17/04/06		PROETI	C0015	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0044-4	AGUJA VICAT ACC. ANULAR	17/04/06		PROETI	C0015	---	---	--	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0045-1	BAÑO DE LE CHATELIER	17/04/06		PROETI	ETI-C0030	602030	---	---	---	LIMPIEZA SEMESTRAL	
E-M00-0045-2	AGUJA DE LE CHATELIER	17/04/06		PROETI	ETI-C0031	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0045-3	PLACAS DE VIDRIO PARA ENSAYO DE LE CHATELIER DE 50X50X3 mm	17/04/06		PROETI	ETI-C0032	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0045-4	PLACAS DE VIDRIO PARA ENSAYO DE LE CHATELIER DE 50X50X5 mm	17/04/06		PROETI	ETI-C0032	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-M00-0045-5	PINZA DE LE CHATELIER	17/04/06		PROETI	ETI-C0033	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MCO-0046</a>	CALIBRE PIE DE REY DIGITAL RANGO 150x 0.01 mm	20/12/10		MITUTOYO	500-181-20	1035860 4	C, 3 AÑOS	JULIO 2017	JULIO 2020	LIMPIEZA DPS USO	SE EMPLEA COMO PATRON PT-02
E-MOO-0047	INCLINOMETRO	05/01/11		EMPIRICA INGENIEROS, S.L.	0S242SV3 000	S101367	---	31/08/11	---	LIMPIEZA DPS USO	SE ajustar el lector con el equipo informático. Si se moja la sonda debe enviarse a reparar
<a href="#">E-MOV-0048-1</a>	AGITADOR E.A.	17/04/06		PROETI	S0063	611063	ANUAL	JULIO 2016	JULIO 2017	LIMPIEZA MENSUAL	
E-M00-0048-2	PROBETA CILINDRICA E.A	17/04/06		PROETI	S0060/1	---	V. ANUAL	SEPT 2017	SEPT 2018	LIMPIEZA DPS USO	C.V. 24
<a href="#">E-MOV-0048-3</a>	TUBO IRRIGADOR	17/04/06		PROETI	S0060/4	---	ANUAL	JULIO 2016	JULIO 2017	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0048-4	RECIPIENTE TRANSP. CON TAPA SIFÓNICA	17/04/06		PROETI	S0060/2	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0048-5	TUBO DE GOMA	17/04/06		PROETI	A0563	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0048-6	VARILLA CON PIE CONICO	17/04/06		PROETI	S0060/3	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0048-7	PINZA MOHR	17/04/06		PROETI	S0060/7	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0048-8	MEDIDA DE 85 cc	17/04/06		PROETI	S0060/5	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0048-9	CUARTEADORES	17/04/06		PROETI	S0061 S0010	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0049	PICNÓMETROS DE 100 Y 50	17/04/06		PROETI	A0562	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0050	CONJUNTO PARA LA MACROTEXTURA SUPE.	17/06/08		PROETI		---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MCV-0051</a>	BALANZA 8000G±0.1gr	27/03/2009		GIBERTINI	EU8000	131729	C. 2 AÑOS	JULIO 2017	JULIO 2019	LIMPIEZA DPS USO	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-M00-0052	EQUIPO DE PENETRACION DE AGUA EN EL HORMIGON BAJO PRESIO	10/12/2013		TALLERES PREBESUR		SIN IDENT.				LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0053	CAMPANA O VITRINA DE EXTRACCIÓN FORZADA DE AIRE	02/12/11		MEPANSA			---	---	---	LIMPIEZA ANUAL	SIN FICHA DE EQUIPO
E-M00-0054-1	BARRA O PLACA DE APOYO SUPLEMENTARIO ( TRACC. INDIRECTA)	17/04/06		PROETI	H0257	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0054-2	BANDAS DE APOYO	17/04/06		PROETI	H0257	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0055	BANDEJA O CHAPA RIGIDA									LIMPIEZA DPS DE SU USO	SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOV-0056	METRO O REGLA GRADUADA 0.5 metros			ROSTFREL	DIN 866-A 200607A		ANUAL	JUNIO 2017	JUNIO 2018	LIMPIEZA DPS DE SU USO	SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOO-0057	PIEZOMETRO ELECTRICO	16/06/2015		EMPIRICA INGENIEROS S.L.	0PK20S35 000	P15127% P151434	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0058-1	PERFORADORA TUBULAR CON BORDE DE DIAMANTE	20/04/06		MILWAUKEE	DCM2250	4003845 4600059	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0058-2	PROLONGADOR 300	20/04/06		MILWAUKEE	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0058-3	BROCAS 72/150	20/04/06		MILWAUKEE	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<b>E-MCO-059</b>	PRENSA DE ROTURA CLASE 1	26/06/2009		PROETI	H0223	801223	C. ANUAL	ABRIL2015	--- cuando se inicie su uso	LIMPIEZA SEMANAL	<b>FUERA DE USO TEMPORAL</b>
E-MOO-0060	SECADORES CON Tª REGULABLE A 60°C										SIN FICHA DE EQUIPO - SECADOR DE MANO
E-MOO-0061	RECINTO ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS										SIN FICHA DE QUIPO ( NAVE DE ALMACENAMIENTO )
<a href="#">E-MCV-0062</a>	BALANZA 20 Kg	12/04/06		GRAM PRECISION	HGM-20K	767528	C. 2 AÑOS	JULIO 16	JULIO 2018	LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
<a href="#">E-MOO-0063</a>	GRUPO ELECTROGENO	12/04/2006		CAROD	92537SU	2304140	--	--	--	LIMPIEZA DESPUES DE USO	
E-MOO-0064	AGITADOR POR VOLTEO	2014		PSELECTA	RFAX2	54121				LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0065	TUBOS TOMAMUESTRAS EQUIPO PERFORACION SONDA	15/02/06		JUFERMA							SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOO-0066	EQUIPO PARA LA DETERMINACION DOSIFICACION.MARCAS VIALES ( UNE 135-274-94)	20/11/2015		-	-	-	-	-	-	LIMPIEZA DPS DE USO	SIN FICHA DE EQUIPO
<a href="#">E-MCO-0067</a>	APARATO LAMBE	20/04/06		PROETI	S0120		C. ANUAL	JULIO 2017	JULIO 2018	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MCO-0068</a>	APARATO DE CORTE DIRECTO	20/04/06		PROETI	S0125		C. ANUAL	JULIO 2017	JULIO 2018	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOV-0069	ESPECTOFOTOMETRO UV-VISIBLE CON FILTRO DE 660nm										SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOO-0070	CESTOS METÁLICOS	17/04/06		PROETI	A0565	---				LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0071	CILINDRO TOMAMUESTRA FILO CORTANTE	07/02/06		JUFERMA	---	---				LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0072	EQUIPO DE PERFORACIÓN	28/10/04		TECOINSA	PT-30/LR	0418150				LIMPIEZA. MANTENIMTO SIMILAR VEHIC.	
<b>E-MOO-0073</b>	PENETRÓMETRO DINÁMICO DSPH	15/05/04		ROLATEC	ML-60	2741366				LIMPIEZA. MANTENIMTOO SIMILAR VEHIC.	<b>FUERA DE USO</b>
E-MOO-0074	VARILLAJE	06/02/06		JUFERMA	---	---				CEPILLAR Y ENGRASE 15 DIAS	SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOO-0075	NEVERA PAR CONSERVAR MUESTRAS DE LABORAT.	03/04/06		---	---	---				LIMPIEZA	SIN FICHA DE EQUIPO
E-MOO-0076-1	MOLDE TRONCOCÓNICO (CONO ABRAMS)	20/04/06		PROETI	H0001	---				LIMPIEZA DPS USO	4 UNIDADES

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0076-2	VARILLA DE COMPACTACIÓN ACERO ZINCADO	17/04/06		PROETI	H0002	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	4 UNIDADES
E-MOO-0076-3	PLACA BASE CHAPA CADMIADA	17/04/06		PROETI	H0004	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	4 UNIDADES
E-MOV-077	MEDIDOR DE ADHERENCIA ELECTRONICO	20/12/10		NEURTEK	KN-10	-----	V. antes de cada uso			LIMPIEZA DPS USO	Se autocalibra al inicio de cada uso
78 ( LIBRE)											
E-MOV-0079-1	MOLDE CBR EMBISAGRADO	17/04/06		PROETI	S0264	---	V, CADA 2 AÑOS	AGOSTO 2016	AGOSTO 2018	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0079-2	BASE PERFORADA PARA MOLDE CBR CIRCULAR	17/04/06		PROETI	S0302	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0079-3	COLLAR PARA MOLDES CBR	17/04/06		PROETI	S0266	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOV-0079-4	CONJ. BASE, COLLAR Y MOLDE PROCTOR NORMAL	17/04/06		PROETI	---	---	V. ANUAL	SEPT. 2017	SEPT 2018	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0079-5	MAZA DEL PROCTOR NORMAL	17/04/06		PROETI	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0079-6	MAZA DEL PROCTOR MODIFICADO	17/04/06		PROETI	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0079-7	CONJ, BASE, COLLAR Y MOLDE P. MODIFICADO	04/07/07		CONTROLS	33-T0071/C1	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E.MCO-0080	TERMOMETRO DIGITAL -50°C A 350°C	10/07/2015		CORE	TTX 100	1340-5100	CALIBRACION CADA 3 AÑOS	OCTUBRE 2015	OCTUBRE 2018	LIMPIEZA DPS USO	PT-05 PATRON DE TEMPERATURA
E-MOO-0081	TRÍPODE PARA MEDIR EL HINCHAMIENTO	17/04/06		PROETI	S0306	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOV-0082	MICRÓMETROS (RELOJ COMPARADOR) 10 mmx0,01 mm	Fechas varias		PROETI	V0016	---	V. ANUAL	AGOST-16	AGOST-17	MANT. COND. ADECUADAS	
E-MOO-0083	PLACA PERFORADORA VÁSTAGO EXTENSIBLE	17/04/06		PROETI	S0308	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0084-1	SOBRECARGA ANULAR DE 5 LB	17/04/06		PROETI	S0309	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	



CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-M00-0084-2	SOBREC. ANULAR DE 10 LB	17/04/06		PROETI	S03011	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0084-3	SOBREC RANURADA 5 LB	17/04/06		PROETI	S03010	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-M00-0084-4	SOBREC RANURADA 10 LB	17/04/06		PROETI	S0312	---	---	---	---	L. DPS USO	
E- MOV-85	TERMOHIGRÓMETRO	NO DISPONIBLE					V. ANUAL	SEPT 2017	SEPT 2018	LIMPIEZA DPS USO	PT-07
E- MOV-86	CONJUNTO DE GALGAS Y REGLA PARA PLANEIDAD PULIDORA	NO DISPONIBLE					V. ANUAL		SEPT 2017	LIMPIEZA DPS USO	PT-10
E-M0087	EQUIPO DE CONTROL DE GEOMETRÍA DE SOLDADURA (welding gauge)	25/01/17		INSIZA	4835-1	2407158 176	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0088	PISÓN DEL SET DE DENSIDAD	17/04/06		PROETI	0560/1	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0089	ESCLEROMÉTRICO DE PARTÍCULAS BLANDAS	17/04/06		PROETI	A0640	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MCO-0090</a>	PRENSA MULTIENSAYOS	12/04/06		IIC	IC-20-CO	06/877	C. ANUAL	JULIO 2017	JULIO 2018	L. SEMANAL	
<a href="#">E-MOV-0091</a>	MOLDES CILÍNDRICOS	20/04/06		IIC	---	---	V. ANUAL	Agost-17	AGOST-18	LIMPIAR Y ENGRASAR DPS USO	C.V. 9
E-MOO-0092	MARTILLO GOMA	25/04/06		TOINCO	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0093	MEDIDOR DE LONGITUD	20/04/06		INFORCENTER	---	---	---	---	---	LIMPIAR	
E-MOO-0094	PAPEL DE FILTRO	18/04/06		VIDRAFOC	RM233532 42	2502/1	---	---	---	CONSERVAR EN COND ADECUADAS	
E-MOO-0095	ARENA NORMALIZADA	Julio-2012		INST. EDUARDO TORROJA	----	---	---	---	---	CONSERVAR EN COND ADECUADAS	
E-MOO 96	MEDIDOR DE HUMEDAD DIELECTRICO DEL MATERIAL	25/01/17		TESTO	TESTO 606-2	3875802 4/508	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO CAMBIO DE PILAS	
E-MOO-0097	DESECADOR CON TAPA DE VALVULA DE PRESIÓN	20/07/06		ALBUS	--	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0098	MAT. TALLADO MUESTRA( ESPATULAS, CUCHILLOS, CUCHARAS Y MAT ENRASADOR)	25/04/06		FERRETERIA EL CASTILLO	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0099	BANDEJAS, COGEDORES Y PLANCHAS METÁLICAS, SUPERF ISA	25/04/06		PROETI	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0100	RECIPIENTE Y HORNILLO	18/04/06		PROETI	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0101	MAT LIMPIEZA ( CEPILLOS, ACEITES, BROCHAS, ESCOBILLAS DISP LAVADO)	20/04/06		FERRETERIA EL CASTILLO	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0102	LONA PLÁSTICO Y BARRAS	20/04/06		FERRETERIA EL CASTILLO	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0103	AGITADOR CON CONTROL DIGITAL	Dic-2011		SIBIS	ACS-160	10608/00 10549				LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0104	AGITADOR CON CONTROL DIGITAL	Dic-2011		SIBIS	ACS-160	10608/00 10550				LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0105	LLANAS O FRATAS	20/04/06		TOINCO	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
106 ( LIBRE)											
E-MOO-0107	PISTON METÁLICO	22/04/06		PROETI	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0108	RECIPENTE ESTANCO	20/04/06		PROETI	--	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0109	LANA DE VIDRIO	20/04/06		VIDRAFOC	--	---	---	---	---	---	
E-MOO-0110	AGITADOR CON CONTROL DIGITAL	21/07/06		ALBUS	AGIMATIC- N	7000243	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0111	MOLDES PRISMÁTICOS	21/07/06		MECAMICA CIENTIF ICA, S.A.	---	---	---	---	---	LIMPIEZA Y ENGRASADO DPS USO	
E-MOO-0112	PLACA CALEFACTORA CON AGITADOR MAGNÉTICO	20/07/06		ALBUS	RZR-2020	---	---	---	---	LIMPIAR SEMANALMENTE	
E-MOO-0113	PENETRÓMETRO DINÁMICO DSPH	15/05/04	30/04/20 15	ROLATEC	ML-60	301123	---	---	---	LIMPIEZA. MANTENIMTOO SIMILAR VEHIC.	SE VENDE

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0114	BOMBA DE VACIO (BUCHNER)	20/07/06		ALBUS	---	---	---	--	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0115	VIBRADOR DE AGUJA	21/07/06		MECANICA CIENTIFICA	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOV-116	SONOMETRO DE PRECISION	21/07/09	12/03/08	CESVA	SC-20e	A347829				DPS CADA USO	SE ELIMINA FICHA POR BAJA PERMANENTE
E-MOV-117	CALIBRADOR HOMOLOGADO PARA SONOMETRO	21/07/06	12/03/08	CESVA	CB-5	322170					SE ELIMINA FICHA POR BAJA PERMANENTE
E-MOO-118	EXTRACTOR EN CALIENTE	23/01/07		CONTROLS	75-B0015/2	---	---	---	---	LIMPIEZA MENSUAL	
E-MOO-119	CENTRIFUGA DE FUJO CONTINUO	23/01/07		CONTROLS	75-B0024/a	---	---	---	---	Limpieza después de cada uso	
E-MOO-0120	MOLDE TRONCOCÓNICO PARA CONO ABRAMS	23/01/07		CONTROLS	H-201	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0121	VARILLA COMPACTACION CONO ABRAMS	23/01/07		CONTROLS	H-202	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOV-0122	CUCHARA CASAGRANDE	23/01/07	15/07/10	CONTROLS	22-F0030/F	06031465	V. ANUAL	Mayo-10		MENSUAL	BAJA PROVISIONAL
E-MOV-123	CUCHARA CASAGRANDE	13/09/17					V. ANUAL	SEPT 2017	SEPT 2018	MENSUAL	C.V. 32/2017
124 ( LIBRE)											
E-MOO-0125	TOMA DE MUESTRAS B-250	23/01/07		IIC	B-250	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-126	EQUIPO COMPLETO PARA DENSIDAD IN SITU POR EL METODO DE LA ARENA	23/01/07		IIC	B-630	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0127	ACCESORIO PARA ENSAYO MARSHALL EN PRENSA MULTIENSAYOS. CON COMPARADOR	23/01/07		IIC	B-200	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO -	
E-MOO-0128	ACCESORIOS PARA ENSAYO CBR EN PRENSA MULTIENSAYOS	23/01/07		IIC	B-120	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0129	VISCOSIMETRO SAYBOLT 1 PUESTO DE TRABAJO	23/01/07		IIC	B-600	07/4030	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0130	PENETROMETRO DE BETUNES ESTANDAR	23/01/07		IIC	B-511	07/40/21	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0131	AGUJA DE PENETRACIÓN	23/01/07		IIC	B-511/1	--	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0132	EQUIPO DE ANILLO BOLA	23/01/07		IIC	B-530	---	----	--	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-133	CESTILLOS METÁLICOS DE 20X20 CILINDRICOS	23/01/07		IIC	A-400	---	---	----	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MOV-134</a>	SERIE DE TAMICES DE BARRAS	23/01/07		IIC	A-0200	---	V. ANUAL	SEPT-2017	SEPT-2018	DPS CADA USO	
<b>E-MCO-0135</b>	<b>BALANZA DIGITAL DE 8200 G Y PRECISION 0,1 G</b>	<b>23/01/07</b>	<b>26/12/07</b>	<b>IIC</b>	<b>STB-8K</b>	<b>137914 /05</b>	<b>C. 2 AÑOS</b>	<b>ENE'07</b>	<b>----</b>	<b>LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO</b>	<b>BAJA DEFINITIVA</b>
E-MOO-0136-1	BASE PARA MOLDE MARSHALL	23/01/07		IIC	B-200/1	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-2	COLLAR PARA MOLDE MARSHALL	23/01/07		IIC	B-200/3	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-3	MOLDE MARSHALL	23/01/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-4	MAZA DE COMPACTACIÓN MARSHALL	23/01/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-5	BASE DE COMPACTACIÓN MARSHALL	23/01/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-6	MORDAZA MARSHALL	23/01/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-5	BASE DE COMPACTACIÓN MARSHALL	23/01/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0136-6	MORDAZA MARSHALL	23/01/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">137 ( LIBRE)</a>											
<a href="#">138 ( LIBRE)</a>											
E-MOO-0139	TERMOMETRO BIMETALITO, GRADUACIÓN 2º	23/01/07		IIC	B-593		---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0140	TERMÓMETRO ESCALA 0-40º, SEBSIBILIDAD 0.5	23/01/07		IIC	B-593		----	---	---	LIMPIEZA DPS USO	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0141	REFRIGERANTE LIEBIG WEST DE 250 MM	23/01/07		IIC	24/29	11215250	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0142	REFRIGERANTE DE BOLAS	23/01/07		IIC	ALUHM-14/23	096540	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
143 (LIBRE)											
144 (LIBRE)											
145 (LIBRE)											
E-MOO-0146	SERIE DE TERMÓMETROS ASTM	22/01/07		ALBUS	ASTM			---	----	LIMPIEZA DPS USO	Revisión Anual de su estado
147 (LIBRE)											
148 (LIBRE)											
149 (LIBRE)											
150 (LIBRE)											
151 (LIBRE)											
152 (LIBRE)											
153 (LIBRE)											
154 (LIBRE)											
155 (LIBRE)											
156 (LIBRE)											
157 (LIBRE)											
158 (LIBRE)											
159 (LIBRE)											
E-MOO-0160	PENETRÓMETRO DINÁMICO AUTOMÁTICO AUTOPROPULSADO	23/01/07		ROLATEC	ML-76-A	1106-331	---	---	---	LIMPIEZA. MANTENIMTO SIMILAR VEHIC.	
E-MCV-0161	EQUIPO NUCLEAR	25/01/07	30/07/07	PROETI	CPN	M370608767	V. SEMESTRAL.C ANUAL	OCT08	---	LIMPIEZA DESP DE CADA USO	BAJA DEFINITIVA

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
<a href="#">E-MCO-0162</a>	PLACA DE CARGA	20/03/07		PROETI	S05046	---	C. 2 AÑOS	16/07/2016	JULIO 2018	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	SE HA CAMBIADO PERIDO DE CALIBRACION A BIANUAL DEBIDO A POCO USO
E-MOO-0163	PERMEÁMETRO	20/03/07		PROETI	B0245	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
<a href="#">E-MOV-0164</a>	ESTUFA DESECACIÓN	25/03/07		CTA-VDW	A-220	151272	V. ANUAL	JULIO 16	JULIO 17	LIMPIEZA MENSUAL	
E-MOO-0165	PANTALLA CORTAVIENTOS	02/04/07		---	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0166	SECADOR	05/03/07		JATA	SC375	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
E-MOO-0167	CONJUNTO DE INMERSIÓN COMPRESIÓN ( moldes, piston superior e inferior y soportes)	05/03/07		IIC	---	---	---	---	---	LIMPIEZA DPS USO	
<a href="#">E-MCO-0168</a>	MAQUINA DE ENSAYO A TRACCIÓN 600kN	31/07/07		PROETI	E0052 N1	07M6435 .1	C. ANUAL	JULIO/17	JULIO/18	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
<a href="#">E-MCO-0169</a>	EXTENSÓMETRO	31/07/07		PROETI	EXT502/14 4/07	07M6435 .1	C. BIANUAL	JULIO/16	JULIO/18	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOO-0170	MAQUINA CURVADORA DE BARRAS Y BULONES PARA DOBLADO	31/07/07		PROETI	E0065	703065				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOO-0171	DISPOSITIVO PARA ENSAYO DE ARRANCAMIENTO DE MAYAS ELECTROSOLDADAS	31/07/07		PROETI	E0026					LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
<a href="#">E-MOV-0172</a>	<b>CALIBRE PIE DE REY DIGITAL RANGO 200x0.01mm</b>	<a href="#">31/07/07</a>	<a href="#">01/2011</a>	<a href="#">PROETI</a>	<a href="#">V0079</a>		<a href="#">V. ANUAL</a>	<a href="#">JULIO/13</a>	<a href="#">----</a>	<a href="#">LIMPIEZA DPS DE CADA USO</a>	<a href="#">BAJA DEFINITIVA</a>
<a href="#">E-MCO-0173</a>	REGLA DE ACERO HOLEX FORMA-A 500 mm	31/07/12		PROETI	V0162/2		CADA 5 AÑOS	Julio 2014	Julio 2019	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
<a href="#">E-MOV-0174</a>	ESTUFA DE DESECACIÓN SELECTA	27/07/07		ALBUS	CARTER-M	2210	V. ANUAL	JULIO 2017	JULIO 2018	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOO-0175	DESIONIZADOR DE AGUA	25/07/07		ALBUS	MILLIPOR E RIOS-DI 3 UV	F7JN384 57C				REVISION DE LOS CARTUCHOS	

CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0176	MEDIDOR DE ANGULOS	03/09/07		TOINCO						LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOV-0177	MEDIDOR DE ESPESORES	01/02/08		NEURTEK	0213800	EFN3046				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	El equipo se verifica con patrones incluidos en el propio
<a href="#">E-MCO-0178</a>	BALANZA GRAN PRECISIÓN DE 10 KG	03/01/08		ALBUS	204348/07	STB-10K	BIANUAL	JULIO 16	JULIO 18	LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO	
E-MOO-0179	EQUIPO DE PERFORACION	10/06/08		ROLATEC	RL-48	1007-389				LIMPIEZA	
E-MCV-0180	EQUIPO NUCLEAR	08/08/07		PROETI	CPN	M37060 8767	C. BIANUAL	27/03/17	MAR 2019		Control de equipo en documentación CSN
<b>E-MCV-0181</b>	EQUIPO NUCLEAR	18/02/08		PROETI	CPN	M3706 0887	C. ANUAL	JUN-2016	--- Al iniciar de nuevo su uso		Control de equipo en documentación CSN <b>FUERA DE USO TEMPORAL</b>
E-MOO-0182	REGENERADOR DE DISOLVENTE	30/11/09		Mecánica científica	10DIGIT	5659				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOO-0183	DUROMETRO PORTATIL DIGITAL	17/12/08		NEURTEK	2984					LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
<b>E-MCO-0184</b>	BALANZA DE PRECISIÓN 62g±0.0001g	20/01/10	FUERA USO TEMPORAL	COBOS	1739-42		C. BIANUAL	OCT-10	OCT-12	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	<b>FUERA DE USO TEMPORAL 4/10/2010</b>
<b>E-MCO-0185</b>	BALANZA 620g±0.01g	20/01/10	FUERA USO TEMPORAL	EU	60	90037	C. BIANUAL	OCT-10	OCT-12	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	<b>FUERA DE USO TEMPORAL 4/10/2010</b>
E-MOO-0186	HORNO MUFLA 1200°C,DIGITAL	20/01/10		PROETI	HA-150	465				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOO-0187	EXTRACTOR DE MUESTRAS MOTORIZADO	20/01/10		CONTROLS	UNIV.EX TRUDER T-83	62808				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	


CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOV-0188	CELULA EDOMETRICA-(permeabilidad carga variable)	20/01/10		CONTROLS	T-302	00062469				LIMPIEZA DPS DE CADA USO VERIFICACIÓN ANUAL	FUERA USO TEMPORAL
E-MOO-0189	ESPECTROFOTOMETRO	20/01/10		PERKIN-ELMER	LAMBDA 660						SIN FICHA DE EQUIPO
E-MCV-0190	MAQUINA MULTIENSAYOS DE TRACCION COMPRESION DE 20 TN CON ACCESORIOS	20/01/10		PROETI	20.0168	20699,792	C. BIANUAL	Julio 2016	Julio 2018	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	SOLO SE EMPLEA PARA ROTURA DE BALDOSAS O P. PRISMATICAS
E-MOO-0191	MAQUINA DE LOS ANGELES	20/01/10		PROETI	23.0002	S/N				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	ACTUALMENTE SIN USO. PERO APTO
E-MOO-0192	DISPOSITIVO PARA CALENTAMIENTO DE AZUFRE CON CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA	20/01/10		proeti	27.0082	21299				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	FUERA DE USO TEMPORAL. DESUSO DEL REFRENTADO CON AZUFRE
E-MOO-0193	DISPOSITIVO DE VERIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS	20/01/10								LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOV-0194	EDÓMETRO	20/01/10		CONTROLS	T-312		V. ANUAL		SEPT 2017	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	BANCADA GRIS CON 3 PUESTOS.
E-MOV-0195	MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION EN SOLDADURAS	05/09/2016		GRUPO QUEUERO	M0101 40 PV 12DC2.5	RR18TLB RIP44SN E		SEPT-2016	SEPT-2017	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
E-MOO-0196	COMPACTADORA AUTOMATICA	20/01/10		CONTROLS	T0086					LIMPIEZA DPS DE CADA USO	FUERA DE USO TEMPORAL
E-MCV-0197	EQUIPO NUCLEAR PARA LA DETERMINACION DE DENSIDAD Y HUMEDAD TROXLER	20/01/10		TROXLER	3430	32321	C. ANUAL (medidor) / Cada 5 años hermeticidad de varilla	27/03/17 28/03/17	MAR 2018 MAR 2022	LIMPIEZA DPS DE CADA USO	Control de equipo en documentación CSN
E-MOO-0198	EXTRACTOR CENTRIFUGO SMM	20/01/10		CONTROLS	75B24/A					LIMPIEZA DPS DE CADA USO	



CODIGO EQUIPO	DENOMINACION	FECHA ALTA	FECHA BAJA	MARCA	MODELO	Nº SERIE	PERIODO CALIBRAC/VERIFICACION	ÚLTIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PRÓXIMA CALIBRAC/VERIFICACION	PERIODO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
E-MOO-0199	MARTILLO VIBRANTE CON FRECUENCIA A 1.600 A 2.000 RPM CON PISTON DE ACERO QUE NO EXCEDA DE 3.5Kg	20/01/10		ATLAS COPCO	KANGO 900 N	9000E33 66				LIMPIEZA DPS DE CADA USO	
<b>E-MOV-0200</b>	SERIE TAMICES INDICE DE LAJAS	20/01/10		PROETI			V. ANUAL	DIC.2011		LIMPIEZA DPS DE SU USO	<b>FUERA DE USO TEMPORAL</b>
E-MOO-0201	TRITURADORA DE MANDIBULAS	20/01/10								LIMPIEZA DPS DE SU USO	SIN FICHA DE EQUIPO
<a href="#">E-MOV-0202</a>	DEBASTADORA	02/10/10		INMAQ	DBP05	187	V. ANUAL	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	LIMPIEZA MENSUAL	C.V. 22
E-MOV-203	MANOMETRO P. PRESION	05/09/2016		MT BUSSINESS	EN 837-1	IM33007	V. ANUAL	---	SEPT-2017	LIMPIEZA DPS DE SU USO	
<b>E-MOV-204</b>	MANOMETRO P. PRESION	09/11/11		SUMISUR	0/10/BOR	Ø 63R12IR 40R	V. ANUAL	19/08/16	AGOST 2017	LIMPIEZA DPS DE SU USO	<b>BAJA DEFINITIVA</b>
<a href="#">E-MOV-205</a>	MANOMETRO P. PRESION	02/01/13		SUMISUR	M0φ63 0-6 bar	A6BC1.6 RR4LBRI P65GNE	V. ANUAL	19/08/16	AGOST 2017	LIMPIEZA DPS DE SU USO	

## NOTA:

- LOS NÚMEROS MARCADOS COMO LIBRES CORRESPONDEN A ACCESORIOS DE EQUIPOS QUE SE HAN INCLUIDO DENTRO DEL EQUIPO PRINCIPAL, POR LO QUE HAN QUEDADO LIBRES. REUTILIZAR PARA LAS FICHAS QUE SE VAYAN ABRIENDO
- LA VERIFICACIÓN PUEDE SER UNA INSPECCIÓN VISUAL, UNA CALIBRACIÓN INTERNA (CON PATRONES).
- C.V. = CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN

CONCEPTO	REVISADO Y APROBADO POR:
Cargo	DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO
Firma	
FECHA	12/09/17