

RELACIÓN GENERAL DE EQUIPOS. INVENTARIO HISTÓRICO DE CALIBRACIÓN/ VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--|---|
| E-MOV-0001 | TAMICES O CEDAZOS | 5/04/06 | | VIDRAFOC | TA-01-99 | 029123.1 | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | DPS DE CADA USO | |
| E-MCO-0002 | BALANZA 120 GR x 0.0001g | 5/04/06 | | COBOS | AY-120 | D439600155 | CALIBRACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | DPS CADA USO | CERTIFICADO CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MCO-0003 | BALANZA 2000 GR. | 5/04/06 | BAJA TEMPORAL | COBOS | D-2000JC | D516100491 | ANUAL | JULIO 10 | --- | DPS CADA USO | FUERA DE USO TEMPORALMENTE |
| E-MOO-0004 | HORNO MUFLA HOBERSAL | 10/04/06 | BAJA TEMPORAL ENERO-2012 | VIDRAFOC | HD-230PA | H-18-4-2006-780 | --- | --- | --- | CADA DOS MESES | FUERA DE USO TEMPORALMENTE |
| E-MOV-0005 | ESTUFA DESECACIÓN | 6/04/06 | | PROETI | P0021 | 603201 | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA MENSUAL (Anotado en ficha histórica)006 | LM |
| E-MOV-0006 | CÁMARA HÚMEDA | 14/04/06 | | DTISA | | | VERIFICACIÓN ANUAL | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2021 | LIMP. MENSUAL | CAMBIAR PILA DEL PROGRAMADOR TODOS LOS AÑOS (se hace en Enero 2021) |
| E-MOO-0006-1 | EQUIPO CLIMATIZADOR | 12/04/06 | | CIATESA | 7560Fr/8300Kc | | VERIFICACIÓN (E-MOV-006) | -- | -- | | |
| E-MOO-0006-2 | EQUIPO DE ASPERSIÓN DE AGUA | 16/06/16 | | GALCON K FAR BLUM | | | VERIFICACIÓN (E-MOV-006) | -- | -- | | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|----------|------------|----------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|
| E-MOO-0006-3 | SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS (DATALOGGER) | 10/01/18 | | TESTO | 174H | 37219019 | VERIFICACIÓN (E-MOV-006) | -- | -- | | |
| E-MOV-0007 | CALIBRE PIE DE REY ANALÓGICO | 17/04/06 | | PROETI | K0076 | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | SEPTIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2021 | COND. DE CONSERVACIÓN | Lo usa Alfonso |
| E-MOV-0008-1 | CUCHARA CASAGRANDE | 4/04/06 | | CONTROLS | 22-F0030/F | 06118113 | V. ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | DPS CADA USO | LAB MOVIL |
| E-MOV-0008-2 | ACANALADOR CASAGRANDE | 4/04/06 | | CONTROLS | 22-F0030/F | 06031465 | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | DPS CADA USO | |
| E-MOV-0008-3 | ACANALADOR CURVO | 4/04/06 | | CONTROLS | 22-F0030/F | 06031465 | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | DPS CADA USO | |
| E-MOV-0008-4 | ACANALADOR HUECO TIPO HOVANYI | 13/12/17 | | PROETI | S0040/4 | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | DPS CADA USO | |
| E-MOO-0008-5 | ESPÁTULA DE ACERO | 13/12/17 | | PROETI | V0246 | --- | --- | --- | --- | DPS CADA USO | |
| E-MOO-0009 | MORTERO CON MAZO DE HIERRO | 20/04/06 | | VIDRAFOC | 1553/2 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-0010 | CALIBRE PIE DE REY | 21/01/11 | | WIHA | DIGIMAX | 4660926 | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | LIMP. MENSUAL | FUERA DE USO TEMPORAL |
| E-MOV-0011-1 | ESCLERÓMETRO | Oct 2013 | | CONTROLS | 58-C0181/N | 06021101 | VERIFICACIÓN ANUAL | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2021 | ANUAL | |
| E-MOO-0011-2 | YUNQUE DE TARADO | 21/07/06 | | IIC | | | | | | | SOLO SE EMPLEA COMO PATRON PT-03 |
| E-MOO-0012 | PLACA CIRCULAR COMBIPLAC | 10/04/06 | | VIDRAFOC | 3002301 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOO-0013 | PLACA CIRCULAR COMBIPLAC | 10/01/10 | | VIDRAFOC | 3002301 | 0545277 | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|------------|---------------|--|----------------|-----------------|--|----------------------------|
| E-MOV-0014 | PHMETRO PORTATIL | 5/04/06 | | VIDRAFOC | PH25 | 613028 | VERIFICACIÓN ANUAL | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2021 | DSP DE CADA USO | |
| E-MOO-0015 | DENSIMETRO DE PESO ESPECÍFICO | 5/04/06 | | VIDRAFOC | 3031.007 | 0619125 5 | --- | --- | --- | DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0016 | TERMÓMETRO VARILLA B HG | 10/04/06 | | VIDRAFOC | 1170-B/3 | --- | --- | ---- | ---- | DPS DE USAR | |
| E-MOV-0017 | MAQUINA LOS ÁNGELES | 17/04/06 | | PROETI | A-0625 | 606625 | VERIFICACIÓN ANUAL (BOLAS DE DESGASTE) | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA POR DENTRO DPS USO | |
| E-M00-0018-1 | DESECADOR | 17/04/06 | | PROETI | V6183 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-M00-0018-2 | DISCO PORCELANA DESECADOR | 17/04/06 | | PROETI | V6203 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-M00-0019 | AGITADOR DE PALETAS | 4/04/06 | | CONTROLS | 22-T0060/1 | 0603159 3 | --- | --- | --- | DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0020 | CRONÓMETRO | 17/04/06 | 17/01/07 | PROETI | V0070 | --- | ---- | --- | ---- | OBSERVACIÓN CONTINUA | |
| E-MOV-0021 | EDÓMETRO | 17/04/06 | | PROETI | ETI-S0105 | --- | | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | LIMPIEZA DPS USO VERIFICACIÓN ANUAL | BANCADA AZUL CON 3 PUESTOS |
| E-M00-0022 | PACHOMETRO | 02/08/12 | | BOSCH | PMD 10 | 2030130 30 | | | | LIMPIEZA | |
| E-MOO-0023 | MOLDES DE PROBETAS TRIPLE (4X4X16 cm) | 17/04/06 | | PROETI | C0090 | --- | --- | --- | --- | LIMP.DPS USO Y ENGRASAR CON DESENCO FRANTE | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------|--|
| E-MOO-0024 | REFRENTADOR | 17/04/06 | 20/11/10 | PROETI | H0166 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | FUERA DE USO TEMPORAL POR FALTA DE EMPLEO |
| E-MOO-0025 | MECANISMO DE ALINEACIÓN | 17/04/06 | 20/11/10 | PROETI | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | FUERA DE USO TEMPORAL POR FALTA DE EMPLEO |
| E-MOO-0026 | DISPOSITIVO DE ROTURA A COMPRESIÓN | 12/04/06 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOO-0027 | DISPOSITIVO DE MEZCLADO CON MORTERO DE AZUFRE | 4/04/06 | 20/11/2010 | CONTROLS | 10-D1403 | 06600085 | --- | --- | --- | MENSUAL | FUERA DE USO TEMPORAL. DESHUSO DEL REFRENTADO CON AZUFRE |
| E-MOO-0028 | MICRODEVAL 380V. TRIFAS | 06/04/06 | | PROETI | A0655 | 603655 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0029 | AMASADORA MORTEROS 220V MONOF. | 6/04/06 | | PROETI | C0085 | 604085 | --- | --- | --- | DPS DE USAR | |
| E-MOO-0030 | COMPACTADORA AUTOMÁTICA DE MORTERO | 6/04/06 | | PROETI | C0100 | 604100 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0031 | CORTADORA DE MUESTRAS 220V MONOFÁSICA. HORMIGON | 6/04/06 | | PROETI | H0150 | 601150 | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOO-0032 | APARATO ULTRASONIDOS | 6/04/06 | | PROETI | H0395 | 601395 | --- | --- | --- | LIMP.SEMESTRAL DE BORNES | CALIBRAR PREVIAMENTE A CADA USO |
| E-MOO-0033 | ESPECTROFOTÓMETRO UV- VISIBLE | 17/04/06 | | ALBUS | 4100 | 54100010 | --- | --- | --- | LIMP. DESPUES DE USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------------|--|
| E-MOV-0034 | CALIBRE DIGITAL | 14/11/17 | | STAINLESS | HARDENE D | --- | VERIF. ANUAL | NOV 2017 | NOV 2018 | LIMP. DESPUES DE USO | FUERA DE USO |
| E-MOO-0035 | CÁMARA DE CURADO MORTERO | 6/04/06 | 08/2006 | PROETI | C0107 | 601107 | --- | --- | --- | LIMPIEZA SEMESTRAL | |
| E-MCO-0036 | BALANZA COBOS 1200Gx0,01g | 10/04/06 | | VIDRAFOC | C-1200CBC | 053940280 | CALIBRACIÓN 2 AÑOS | JULIO 2019 | JULIO 2021 | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MOO-0037 | BAÑO PARA AGUA Y ACEITE | 10/04/06 | | VIDRAFOC | 6001197 | ---- | --- | --- | --- | CAMBIO DE AGUA SEMESTRAL | |
| E-MCO-0038 | PRENSA DE ROTURA CLASE 1 | 20/04/06 | | PROETI | H0233 | 600233 | CALIBRACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA SEMANAL | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MOO-0039 | DISPOSITIVO DE ROTURA A FLEXIÓN | 12/04/06 | | IIC | --- | --- | --- | ---- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOV-0040 | MATERIAL DE PORCELANA | 10/04/06 | | VIDRAFOC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | REVISIÓN DEL LISTADO ANUAL |
| E-MOV-0041 | MATERIAL DE VIDRIO (VASOS, MATRACES, BURETAS Y PROBETAS) | 10/04/06 | | VIDRAFOC | --- | --- | | ENERO 2020 | ENERO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | REVISIÓN DEL LISTADO ANUAL |
| E-MOV-0042 | <u>REACTIVOS y AGUA DESTILADA</u> | 10/04/06 | | VIDRAFOC | --- | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | SEPTIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2021 | MANTENER COND. ADECUA DAS LABORAT. | REVISIÓN ANUAL DE LA CADUCIDAD DEL LISTADO |
| E-MOO-0043 | HABITACION DE CONDICIONES CONTROLADAS | | | | | | | | | LIMPIEZA | LABORATORIO DE QUIMICA (SIN FICHA DE EQUIPO) |
| E-MOO-0044-1 | APARATO VICAT | 17/04/06 | | PROETI | C0015 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0044-2 | MOLDE VICAT | 17/04/06 | | PROETI | C0015 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|----------------------------|--------------|----------|--------------------|---|-----------------|-----------------------|---|
| E-M00-0044-3 | AGUJA VICAT | 17/04/06 | | PROETI | C0015 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0044-4 | AGUJA VICAT ACC. ANULAR | 17/04/06 | | PROETI | C0015 | --- | --- | -- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0045-1 | BAÑO DE LE CHATELIER | 17/04/06 | | PROETI | ETI-C0030 | 602030 | --- | --- | --- | LIMPIEZA SEMESTRAL | |
| E-M00-0045-2 | AGUJA DE LE CHATELIER | 17/04/06 | | PROETI | ETI-C0031 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0045-3 | PLACAS DE VIDRIO PARA ENSAYO DE LE CHATELIER DE 50X50X3 mm | 17/04/06 | | PROETI | ETI-C0032 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0045-4 | PLACAS DE VIDRIO PARA ENSAYO DE LE CHATELIER DE 50X50X5 mm | 17/04/06 | | PROETI | ETI-C0032 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0045-5 | PINZA DE LE CHATELIER | 17/04/06 | | PROETI | ETI-C0033 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCO-0046 | CALIBRE PIE DE REY DIGITAL RANGO 150x 0.01 mm | 20/12/10 | | MITUTOYO | 500-181-20 | 10358604 | CALIBRACIÓN 3 AÑOS | JULIO 2020 | JULIO 2023 | LIMPIEZA DPS USO | SE EMPLEA COMO PATRÓN PT-02 CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR MAPFRE |
| E-MOO-0047 | INCLINOMETRO | 05/01/11 | | EMPIRICA INGENIEROS , S.L. | 0S242SV3 000 | S101367 | --- | 27/05/19 (se hace revisión en Bobinados Las Quemadas) | --- | LIMPIEZA DPS USO | SE AJUSTAR EL LECTOR CON EL EQUIPO INFORMÁTICO. SI SE MOJA LA SONDA DEBE ENVIARSE A REPARAR |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|----------------|------------|-----------------------|----------------|---------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| E-M0V-0048-1 | AGITADOR E.A. | 17/04/06 | | PROETI | S0063 | 611063 | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-M0V-0048-2 | PROBETA CILINDRICA E.A | 17/04/06 | | PROETI | S0060/1 | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-3 | TUBO IRRIGADOR | 17/04/06 | | PROETI | S0060/4 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-4 | RECIPIENTE TRANSP. CON TAPA SIFÓNICA | 17/04/06 | | PROETI | S0060/2 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-5 | TUBO DE GOMA | 17/04/06 | | PROETI | A0563 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-6 | VARILLA CON PIE CONICO | 17/04/06 | | PROETI | S0060/3 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-7 | PINZA MOHR | 17/04/06 | | PROETI | S0060/7 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-8 | MEDIDA DE 85 cc | 17/04/06 | | PROETI | S0060/5 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0048-9 | CUARTEADORES | 17/04/06 | | PROETI | S0061 S0010 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0049 | PICNÓMETROS DE 100 Y 50 | 17/04/06 | | PROETI | A0562 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0050 | CONJUNTO PARA LA MACROTEXTURA SUPE. | 17/06/08 | | PROETI | | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MC0-0051 | DENSÍMETRO | 12/09/19 | | PROTÓN 1.200-1.300 | PROTÓN | 23736 | CALIBRACIÓN cada 2 años según PROTON | 09/09/19 | 08/09/21 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-M00-0052 | EQUIPO DE PENETRACION DE AGUA EN EL HORMIGON BAJO PRESIO | 10/12/20 13 | | TALLERES PREBESUR | | SIN IDENT. | | | | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--|
| E-MOO-0053 | CAMPANA O VITRINA DE EXTRACCIÓN FORZADA DE AIRE | 02/12/11 | | MEPANSA | | | --- | --- | --- | LIMPIEZA ANUAL | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-0054-1 | BARRA O PLACA DE APOYO SUPLEMENTARIO (TRACC. INDIRECTA) | 17/04/06 | | PROETI | H0257 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0054-2 | BANDAS DE APOYO | 17/04/06 | | PROETI | H0257 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0055 | BANDEJA O CHAPA RIGIDA | | | | | | | | | LIMPIEZA DPS USO | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOV-0056 | METRO O REGLA GRADUADA 0.5 metros | | | ROSTFREL | DIN 866-A 200607A | | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-0057 | PIEZOMETRO ELECTRICO | 16/06/15 | | EMPIRICA INGENIEROS S.L. | OPK20S35 000 | P15127 %P1514 34 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0058-1 | PERFORADORA TUBULAR CON BORDE DE DIAMANTE | 20/04/06 | | MILWAUKEE | DR 250 TV | 4003845 4600059 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0058-2 | PROLONGADOR 300 | 20/04/06 | | MILWAUKEE | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0058-3 | BROCAS 72/150 | 20/04/06 | | MILWAUKEE | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCO-059 | PRENSA DE ROTURA CLASE 1 | 26/06/09 | | PROETI | H0223 | 801223 | CALIBRACIÓN ANUAL | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2021 | LIMPIEZA SEMANAL | LM |
| E-MOO-0060 | SECADORES CON Tª REGULABLE A 60ºC | | | | | | | | | | SIN FICHA DE EQUIPO - SECADOR DE MANO |
| E-MOO-0061 | RECINTO ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS | | | | | | | | | | SIN FICHA DE QUIPO (NAVE DE ALMACENAMIENTO) |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|----------------|----------|----------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| E-MCO-0062 | BALANZA 20 Kg | 12/04/06 | | GRAM PRECISION | HGM-20K | 767528 | CALIBRACIÓN 2 AÑOS | JULIO 2020 | JULIO 2022 | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MOO-0063 | GRUPO ELECTROGENO | 12/04/06 | | CAROD | 92537SU | 2304140 | -- | -- | -- | LIMPIEZA DPS DE USO | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-0064 | AGITADOR POR VOLTEO | 2014 | | PSELECTA | RFAX2 | 54121 | | | | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0065 | TUBOS TOMAMUESTRAS EQUIPO PERFORACION SONDA | 15/02/06 | | JUFERMA | | | | | | | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-066 | EQUIPO PARA LA DETERMINACION DOSIFICACION.MARCAS VIALES (UNE 135-274-94) | 20/11/15 | | - | - | - | - | - | - | LIMPIEZA DPS DE USO | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MCO-0067 | APARATO LAMBE | 20/04/06 | | PROETI | S0120 | | CALIBRACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MCO-0068 | APARATO DE CORTE DIRECTO | 20/04/06 | | PROETI | S0125 | | CALIBRACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MOO-0069 | ESPECTOFOTOMETRO UV-VISIBLE CON FILTRO DE 660nm | | | | | | | | | | SIN FICHA DE EQUIPO. SIN USO |
| E-MOO-0070 | CESTOS METÁLICOS | 17/04/06 | | PROETI | A0565 | --- | | | | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0071 | CILINDRO TOMAMUESTRA FILO CORTANTE | 07/02/06 | | JUFERMA | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0072 | EQUIPO DE PERFORACIÓN | 28/10/04 | | TECOINSA | PT-30/LR | 0418150 | --- | --- | --- | LIMPIEZA. MANTENIMTO SIMILAR VEHIC. | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|-----------|-------------|----------|---------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| E-MOO-0073 | PENETRÓMETRO DINÁMICO DSPH | 15/05/04 | | ROLATEC | ML-60 | 2741366 | --- | --- | --- | LIMPIEZA. MANTENIMTOO SIMILAR VEHIC. | FUERA DE USO |
| E-MOO-0074 | VARILLAJE | 06/02/06 | | JUFERMA | --- | --- | --- | --- | --- | CEPILLAR Y ENGRASE 15 DIAS | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-0075 | NEVERA PAR CONSERVAR MUESTRAS DE LABORAT. | 03/04/06 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-0076-1 | MOLDE TRONCOCÓNICO (CONO ABRAMS) | 20/04/06 | | PROETI | H0001 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | 4 UNIDADES |
| E-MOO-0076-2 | VARILLA DE COMPACTACIÓN ACERO ZINCADO | 17/04/06 | | PROETI | H0002 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | 4 UNIDADES |
| E-MOO-0076-3 | PLACA BASE CHAPA CADMIADA | 17/04/06 | | PROETI | H0004 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | 4 UNIDADES |
| E-MOV-077 | MEDIDOR DE ADHERENCIA ELECTRONICO | 20/12/10 | | NEURTEK | KN-10 | ---- | VERIFICACIÓN ANUAL (2017) | DICIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2021 | LIMPIEZA DPS USO | SE AUTOCALIBRA AL INICIO DE CADA USO |
| E-MCO-078 | BALANZA 8500 G | 06/11/17 | | GIBERTINI | EUROPE 8000 | 131729 | CALIBRACIÓN 2 AÑOS | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2021 | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO | LM |
| E-MOV-0079-1 | MOLDE CBR EMBISAGRADO | 17/04/06 | | PROETI | S0264 | --- | VERIFICACIÓN 2 AÑOS | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2022 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0079-2 | BASE PERFORADA PARA MOLDE CBR CIRCULAR | 17/04/06 | | PROETI | S0302 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|----------|-------------|-----------|-------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| E-MOO-0079-3 | COLLAR PARA MOLDES CBR | 17/04/06 | | PROETI | S0266 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-0079-4 | CONJ. BASE, COLLAR Y MOLDE PROCTOR NORMAL | 17/04/06 | | PROETI | --- | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0079-5 | MAZA DEL PROCTOR NORMAL | 17/04/06 | | PROETI | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0079-6 | MAZA DEL PROCTOR MODIFICADO | 17/04/06 | | PROETI | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0079-7 | CONJ, BASE, COLLAR Y MOLDE P. MODIFICADO | 04/07/07 | | CONTROLS | 33-T0071/C1 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCO-0080 | TERMOMETRO DIGITAL -50°C A 350°C | 10/07/15 | | CORE | TTX 100 | 1340-5100 | CALIBRACION CADA 3 AÑOS | OCTUBRE 2018 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS USO | PT-05 PATRÓN DE TEMPERATURA |
| E-MOO-0081 | TRÍPODE PARA MEDIR EL HINCHAMIENTO | 17/04/06 | | PROETI | S0306 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--------------------------------|---------------|------------|--------|--------|----------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| E-MOV-0082 | MICRÓMETROS (RELOJ COMPARADOR) | Fechas varias | | PROETI | V0016 | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | MANT. COND. ADECUADAS | |
| | 0082-1 (0-10 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-2 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-3 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-4 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-5 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-6 (0-10 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-7 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-8 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-9 (0-10 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-10 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-11 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-12 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-13 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-14 (0-10 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-15 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-16 (0-10 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-17 (0-10 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-21 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-22 (0-25.4 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-23 (0-25.4 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-24 (0-25.4 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-25 (0-25.4 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-26 (0-30) | | | | | | | | | | |
| | 0082-27 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-28 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |
| | 0082-29 (0-30 mm) | | | | | | | | | | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|---------------|------------|---------------|----------|------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| E-MOO-0083 | PLACA PERFORADORA VÁSTAGO EXTENSIBLE | 17/04/06 | | PROETI | S0308 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0084-1 | SOBRECARGA ANULAR DE 5 LB | 17/04/06 | | PROETI | S0309 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0084-2 | SOBRECARGA ANULAR DE 10 LB | 17/04/06 | | PROETI | S03011 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0084-3 | SOBRECARGA RANURADA 5 LB | 17/04/06 | | PROETI | S03010 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0084-4 | SOBRECARGA RANURADA 10 LB | 17/04/06 | | PROETI | S0312 | --- | --- | --- | --- | L. DPS USO | |
| E- MOV-85 | TERMOHIGRÓMETRO | NO DISPONIBLE | | HIBOK 310 | RS-232 | 050400708 | VERIFICACIÓN ANUAL | ENERO 2021 | ENERO 2022 | LIMPIEZA DPS USO | PT-07 |
| E-MOV-86 | CONJUNTO DE GALGAS Y REGLA PARA PLANEIDAD PULIDORA | NO DISPONIBLE | | (GALGAS) ACHA | | | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | PT-10 |
| E-MOO-87 | EQUIPO DE CONTROL DE GEOMETRÍA DE SOLDADURA (welding gauge) | 25/01/17 | | INSIZA | 4835-1 | 2407158176 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOO-0088 | PISÓN DEL SET DE DENSIDAD | 17/04/06 | | PROETI | 0560/1 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0089 | ESCLEROMÉTRICO DE PARTÍCULAS BLANDAS | 17/04/06 | | PROETI | A0640 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCO-0090 | PRENSA MULTIENSAYOS | 12/04/06 | | IIC | IC-20-CO | 06/877 | CALIBRACIÓN ANUAL | NOVIEMBRE 2020 | NOVIEMBRE 2021 | L. SEMANAL | LM |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|
| E-MOV-0091 | MOLDES CILÍNDRICOS | 20/04/06 | | IIC | --- | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | LIMPIAR Y ENGRASAR DPS USO | |
| E-MOO-0092 | MARTILLO GOMA | 25/04/06 | | TOINCO | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0093 | MEDIDOR DE LONGITUD | 20/04/06 | | INFORCENT ER | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIAR | |
| E-MOO-0094 | PAPEL DE FILTRO | 18/04/06 | | VIDRAFOC | RM23353 242 | 2502/1 | --- | --- | --- | CONSERVAR EN COND ADECUADAS | |
| E-MOO-0095 | ARENA NORMALIZADA | Julio-12 | | INST. EDUARDO TORROJA | ---- | --- | --- | --- | --- | CONSERVAR EN COND ADECUADAS | |
| E-MOO-0096 | MEDIDOR DE HUMEDAD DIELECTRICO DEL MATERIAL | 25/01/17 | | TESTO | TESTO 606-2 | 3875802 4/508 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO CAMBIO DE PILAS | |
| E-MOO-0097 | DESECADOR CON TAPA DE VALVULA DE PRESIÓN | 20/07/06 | | ALBUS | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOO-0098 | MAT. TALLADO MUESTRA(ESPATULAS, CUCHILLOS, CUCHARAS Y MAT ENRASADOR) | 25/04/06 | | FERRETERIA EL CASTILLO | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|------------------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| E-MOO-0099 | BANDEJAS, COGEDORES Y PLANCHAS METÁLICAS, SUPERF ISA Y MATERIAL AUXILIAR DE LABORATORIO | 25/04/06 | | PROETI | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0100 | RECIPIENTE Y HORNILLO | 18/04/06 | | PROETI | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0101 | MAT LIMPIEZA (CEPILLOS, ACEITES, BROCHAS, ESCOBILLAS DISP LAVADO) | 20/04/06 | | FERRETERIA EL CASTILLO | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0102 | LONA PLÁSTICO Y BARRAS | 20/04/06 | | FERRETERIA EL CASTILLO | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0103 | AGITADOR CON CONTROL DIGITAL | Dic-11 | | SIBIS | ACS-160 | 10608/0010549 | | | | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0104 | AGITADOR CON CONTROL DIGITAL | Dic-11 | | SIBIS | ACS-160 | 10608/0010550 | | | | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0105 | LLANAS O FRATAS | 20/04/06 | | TOINCO | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-106 | CÁMARA HÚMEDA (CAJÓN BLANCO) | 07/11/17 | | | | | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA MENSUAL | LM |
| E-MOO-0107 | PISTON METÁLICO | 22/04/06 | | PROETI | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0108 | RECIPENTE ESTANCO | 20/04/06 | | PROETI | -- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0109 | LANA DE VIDRIO | 20/04/06 | | VIDRAFOC | -- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| E-MOO-0110 | AGITADOR CON CONTROL DIGITAL | 21/07/06 | | ALBUS | AGIMATIC -N | 7000243 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|----------------------------|------------|----------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| E-MOO-0111 | MOLDES PRISMÁTICOS | 21/07/06 | | MECAMICA CIENTIF ICA, S.A. | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA Y ENGRASADO DPS USO | |
| E-MOO-0112 | PLACA CALEFACTORA CON AGITADOR MAGNÉTICO | 20/07/06 | | ALBUS | RZR-2020 | --- | --- | --- | --- | LIMPIAR SEMANALMENTE | |
| E-MOO-0113 | PENETRÓMETRO DINÁMICO DSPH | 15/05/04 | 30/04/2015 | ROLATEC | ML-60 | 301123 | --- | --- | --- | LIMPIEZA. MANTENIMTOO SIMILAR VEHIC. | SE VENDE |
| E-MOO-0114 | BOMBA DE VACIO (BUCHNER) | 20/07/06 | | ALBUS | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0115 | VIBRADOR DE AGUJA | 21/07/06 | | MECANICA CIENTIFICA | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-116 | SONOMETRO DE PRECISION | 21/07/09 | 12/03/08 | CESVA | SC-20e | A347829 | | | | LIMPIEZA DPS USO | SE ELIMINA FICHA POR BAJA PERMANENTE |
| E-MOV-117 | CALIBRADOR HOMOLOGADO PARA SONOMETRO | 21/07/06 | 12/03/08 | CESVA | CB-5 | 322170 | | | | | SE ELIMINA FICHA POR BAJA PERMANENTE |
| E-MOO-118 | EXTRACTOR EN CALIENTE | 23/01/07 | | CONTROLS | 75-B0015/2 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOO-119 | CENTRIFUGA DE FUJO CONTINUO | 23/01/07 | | CONTROLS | 75-B0024/a | --- | --- | --- | --- | Limpieza después de cada uso | |
| E-MOO-0120 | MOLDE TRONCOCÓNICO PARA CONO ABRAMS | 23/01/07 | | CONTROLS | H-201 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| E-MOO-0121 | VARILLA COMPACTACION CONO ABRAMS | 23/01/07 | | CONTROLS | H-202 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-0122 | CUCHARA CASAGRANDE | 23/01/07 | 15/07/10 | CONTROLS | 22-F0030/F | 06031465 | V. ANUAL | Mayo-10 | | MENSUAL | BAJA PROVISIONAL |
| E-MOV-123 | CUCHARA CASAGRANDE | 13/09/17 | | | | | VERIFICACIÓN ANUAL | SEPTIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2021 | MENSUAL | |
| E-MCO-124 | LLAVE CON MEDIDOR DE PAR DE TORSIÓN | 13/12/17 | | ALYCO | 192900 | 0902620204 | CALIBRACIÓN CADA 2 AÑOS (CALTEX) | ABRIL 2019 | ABRIL 2021 | LIMPIEZA DPS USO | Se modifica frecuencia de calibración cada dos años (en lugar de cada 10) |
| E-MOO-0125 | TOMA DE MUESTRAS B-250 | 23/01/07 | | IIC | B-250 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-126 | EQUIPO COMPLETO PARA DENSIDAD IN SITU POR EL METODO DE LA ARENA | 23/01/07 | | IIC | B-630 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0127 | ACCESORIO PARA ENSAYO MARSHALL EN PRENSA MULTIENSAYOS. CON COMPARADOR | 23/01/07 | | IIC | B-200 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO - | |
| E-MOO-0128 | ACCESORIOS PARA ENSAYO CBR EN PRENSA MULTIENSAYOS | 23/01/07 | | IIC | B-120 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0129 | VISCOSIMETRO SAYBOLT 1 PUESTO DE TRABAJO | 23/01/07 | | IIC | B-600 | 07/4030 | --- | ---- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|-------|---------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| E-MOO-0130 | PENETROMETRO DE BETUNES ESTANDAR | 23/01/07 | | IIC | B-511 | 07/40/21 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0131 | AGUJA DE PENETRACIÓN | 23/01/07 | | IIC | B-511/1 | -- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0132 | EQUIPO DE ANILLO BOLA | 23/01/07 | | IIC | B-530 | --- | ---- | -- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-133 | CESTILLOS METÁLICOS DE 20X20 CILINDRICOS | 23/01/07 | | IIC | A-400 | --- | --- | ---- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-134 | SERIE DE TAMICES DE BARRAS | 23/01/07 | | IIC | A-0200 | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | DPS CADA USO | |
| E-MCO-0135 | BALANZA DIGITAL DE 8200 G Y PRECISION 0,1 G | 23/01/07 | 26/12/07 | IIC | STB-8K | 137914/05 | C. 2 AÑOS | ENE'07 | ---- | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO | BAJA DEFINITIVA |
| E-MOO-0136-1 | BASE PARA MOLDE MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | B-200/1 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0136-2 | COLLAR PARA MOLDE MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | B-200/3 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0136-3 | MOLDE MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0136-4 | MAZA DE COMPACTACIÓN MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0136-5 | BASE DE COMPACTACIÓN MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0136-6 | MORDAZA MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| E-MOO-0136-5 | BASE DE COMPACTACIÓN MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0136-6 | MORDAZA MARSHALL | 23/01/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCO-0137 | REGLA DE ACERO HOLEX FORMA-A 500 mm | 31/07/12 | | PROETI | V0162/2 | | CALIBRACIÓN CADA 5 AÑOS | JULIO 2019 | JULIO 2024 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MCO-0138 | BALANZA 60 KG | 06/11/17 | | GRAN PRECISION | PM III | APM-D 0972 | CALIBRACIÓN CADA 2 AÑOS | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2021 | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO | LM |
| E-MOO-0139 | TERMOMETRO BIMETALITO, GRADUACIÓN 2º | 23/01/07 | | IIC | B-593 | | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0140 | TERMÓMETRO ESCALA 0-40º, SEBSIBILIDAD 0.5 | 23/01/07 | | IIC | B-593 | | ---- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0141 | REFRIGERANTE LIEBIG WEST DE 250 MM | 23/01/07 | | IIC | 24/29 | 1121525 0 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0142 | REFRIGERANTE DE BOLAS | 23/01/07 | | IIC | ALUHM-14/23 | 096540 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-143 | SONDA ROTATIVA | 06/11/17 | | TECOINSA | TP-50- D | 9818193 | --- | --- | --- | MANTENIMIENTO DIARIO | |
| E-MCO-144 | PRENSA MULTIENSAYO | 06/11/17 | | PROETI | S0373/1 | 800373/1 | CALIBRACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | MANTENIMIENTO SEMANAL | CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FECHA 8/08/2008 |
| E-MOO-145 | PULIDORA | 06/11/17 | | IBERTEST | PPMIB-2/15J | | --- | --- | --- | MANTENIMIENTO CADA DOS MESES | LM |
| E-MOO-0146 | SERIE DE TERMÓMETROS ASTM | 22/01/07 | | ALBUS | ASTM | | | --- | ---- | LIMPIEZA DPS USO | REVISIÓN ANUAL DE SU ESTADO |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|---------------|---------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| E-MOO-147 | EQUIPO TRIAXIAL CONTROLS | 06/11/17 | | WINCON | | | --- | --- | --- | MANTENIMIENTO DESPUÉS DE CADA USO | |
| E-MOO-148 | MEDIDOR DE NIVEL FREÁTICO | 08/03/18 | | OTR | OG10 | 1525 | - | - | - | LIMPIEZA DPS USO | REVISIÓN ANUAL DE SU ESTADO |
| E-MOO-149 | | | | | | | | | | | |
| E-MOV-150 | TERMÓMETRO DIGITAL | 20/06/18 | | PCE GROUP | DUALTEM P PRO | E704201 1231 | VERIFICACIÓN BIANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2022 | LIMPIEZA DPS USO | VERIFICACIÓN BIANUAL CON NUESTRO PATRÓN INTERNO |
| E-MOO-151 | SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS (DATALOGGER) | OCT 18 | | TESTO | 174 | 0572.65 60 | --- | --- | --- | | DESCARGA DE DATOS CADA DOS MESES. PARA CONTROLAR T EN ZONA DEL EDÓMETRO. CAMBIO PILA ANUAL |
| E-MOV-152 | MANÓMETRO DE PRESIÓN | 06/11/18 | | SUMISUR | | M0301Ø 63ia12b c 0-12 BAR | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS USO | VERIFICACIÓN ANUAL |
| E-MOV -153 | ODÓMETRO | 25/06/18 | | ROLLPILOT D12 | ROLLPILOT D12 | | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | DESPUÉS DE CADA USO | VERIFICACIÓN ANUAL DE LISTADO Y CODIFICACIÓN |
| E-MOO-154 | MATERIAL GENERAL Y AUXILIAR DE LABORATORIO | 03/09/18 | | | | | | | | LIMPIEZA DPS USO | REVISIÓN ANUAL DE SU ESTADO |
| E-MOO-155 | CÁMARA DIGITAL | 03/09/18 | | | | | | | | LIMPIEZA DPS USO | REVISIÓN ANUAL DE SU ESTADO |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|---------|---------|------------|---|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| E-MOO-156 | SISTEMA DE ROCIADO PARA ESTANQUEIDAD EN VENTANAS | 03/09/18 | | | | | | | | | |
| E-MOO-157 | BARRA DE PROYECCION PARA ESTANQUEIDAD EN FACHADAS | 03/09/18 | | | | | | | | | |
| E-MOO-158 | SISTEMA DE RIEGO PARA CUBIERTAS NO INUNDABLES | 03/09/18 | | | | | | | | | |
| E-MOO-159 | MAQUINA GENERADORA DE HUMO A PRESION, COLORANTE, BOMBIN | 03/09/18 | | | | | | | | | |
| E-MOO-0160 | PENETRÓMETRO DINÁMICO AUTOMÁTICO AUTOPROPULSADO | 23/01/07 | | ROLATEC | ML-76-A | 1106-331 | --- | --- | --- | LIMPIEZA. MANTENIMTO SIMILAR VEHIC. | |
| E-MCV-0161 | EQUIPO NUCLEAR | 25/01/07 | 30/07/07 | PROETI | CPN | M370608767 | VERIFICACIÓN SEMESTRAL. CALIBRACIÓN ANUAL | OCTUBRE 08 | --- | LIMPIEZA DESP DE CADA USO | BAJA DEFINITIVA |
| E-MCO-0162 | PLACA DE CARGA | 20/03/07 | | PROETI | S05046 | --- | CALIBRACIÓN CADA 2 AÑOS | JULIO 2020 | JULIO 2022 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | SE HA CAMBIADO PERIODO DE CALIBRACION A BIANUAL DEBIDO A POCO USO CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|---------|----------------|------------|---------------------|--|-----------------|--------------------------|--|
| E-MOO-0163 | PERMEÁMETRO | 20/03/07 | | PROETI | B0245 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOV-0164 | ESTUFA DESECACIÓN | 25/03/07 | | CTA-VDW | A-220 | 151272 | VERIFICACIÓN ANUAL | SEPTIEMBRE 2020 | SEPTIEMBRE 2021 | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOO-0165 | PANTALLA CORTAVIENTOS | 02/04/07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0166 | SECADOR | 05/03/07 | | JATA | SC375 | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-0167 | CONJUNTO DE INMERSIÓN COMPRESIÓN (moldes, piston superior e inferior y soportes) | 05/03/07 | | IIC | --- | --- | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCO-0168 | MAQUINA DE ENSAYO A TRACCIÓN 600kN | 31/07/07 | | PROETI | E0052 N1 | 07M643 5.1 | CALIBRACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MCO-0169 | EXTENSÓMETRO | 31/07/07 | | PROETI | EXT502/1 44/07 | 07M643 5.1 | CALIBRACIÓN BIANUAL | JULIO 2019 0.05-0.25 JULIO 2019 0.25-2.50 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MOO-0170 | MAQUINA CURVADORA DE BARRAS Y BULONES PARA DOBLADO | 31/07/07 | | PROETI | E0065 | 703065 | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0171 | DISPOSITIVO PARA ENSAYO DE ARRANCAMIENTO DE MAYAS ELECTROSOLDADAS | 31/07/07 | | PROETI | E0026 | | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|--|---|
| E-MOV-0172 | CALIBRE PIE DE REY DIGITAL RANGO 200x0.01mm | 31/07/07 | 01/2011 | PROETI | V0079 | | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO/13 | ---- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | BAJA DEFINITIVA |
| E-MCO-0173 | BALANZA DIGITAL 620 G | 06/11/17 | | GIBERTINI | EUROPE 600 | 90037 | CALIBRACIÓN CADA 2 AÑOS | NOVIEMBRE 2019 | NOVIEMBRE 2021 | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIOS | LM |
| E-MOV-0174 | ESTUFA DE DESECACIÓN SELECTA | 27/07/07 | | PROETI | CARTER-M | 2210 | VERIFICACIÓN ANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0175 | DESIONIZADOR DE AGUA | 25/07/07 | | ALBUS | MILLIPOR E RIOS-DI 3 UV | F7JN384 57C | | | | REVISION DE LOS CARTUCHOS | |
| E-MOO-0176 | MEDIDOR DE ANGULOS | 03/09/07 | | TOINCO | | | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOV-0177 | MEDIDOR DE ESPESORES | 01/02/08 | | NEURTEK | 0213800 | EFN304 6 | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | EL EQUIPO SE VERIFICA CON PATRONES INCLUIDOS EN EL PROPIO EQUIPO PT09 | EL EQUIPO SE VERIFICA CON PATRONES INCLUIDOS EN E L PROPIO |
| E-MCO-0178 | BALANZA GRAN PRESICIÓN DE 10 KG | 03/01/08 | | ALBUS | 204348/0 7 | STB-10K | CALIBRACIÓN BIANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2022 | LIMPIEZA Y AJUSTE DIARIO | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR TCC |
| E-MOO-0179 | EQUIPO DE PERFORACION | 10/06/08 | | ROLATEC | RL-48 | 1007-389 | | | | LIMPIEZA | |
| E-MCV-0180 | EQUIPO NUCLEAR | 08/08/07 | | PROETI | CPN | M37060 8767 | CALIBRACIÓN ANUAL | C. JULIO 2020 V. DICIEMBRE 2020 | JULIO 2021 | | CONTROL DE EQUIPO EN DOCUMENTACIÓN CSN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR PROETI |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| E-MCV-0181 | EQUIPO NUCLEAR | 18/02/08 | | PROETI | CPN | M37110 8887 | CALIBRACIÓN ANUAL V. SEMESTRAL | C. NOV 2019 V. ENERO 2021 | NOV 2020 V. JUNIO 2021 V. ENERO 2022 | | CONTROL DE EQUIPO EN DOCUMENTACIÓN CSN. PENDIENTE CALIBRACIÓN CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR PROETI |
| E-MOO-0182 | REGENERADOR DE DISOLVENTE | 30/11/09 | | Mecánica científica | 10DIGIT | 5659 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0183 | DUROMETRO PORTATIL DIGITAL | 17/12/08 | | NEURTEK | 2984 | | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MCO-0184 | BALANZA DE PRECISIÓN 62g±0.0001g | 20/01/10 | FUERA USO TEMPORAL | COBOS | 1739-42 | | C. BIANUAL | OCT-10 | OCT-12 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | FUERA DE USO TEMPORAL 4/10/2010 |
| E-MCO-0185 | BALANZA 620g±0.01g | 20/01/10 | FUERA USO TEMPORAL | EU | 60 | 90037 | C. BIANUAL | OCT-10 | OCT-12 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | FUERA DE USO TEMPORAL 4/10/2010 |
| E-MOO-0186 | HORNO MUFLA 1200°C,DIGITAL | 20/01/10 | | PROETI | HA-150 | 465 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0187 | EXTRACTOR DE MUESTRAS MOTORIZADO | 20/01/10 | | CONTROLS | UNIV.EX TRUDER T-83 | 62808 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOV-0188 | CELULA EDOMETRICA-(permeabilidad carga variable) | 20/01/10 | | CONTROLS | T-302 | 00062469 | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO VERIFICACIÓN ANUAL | FUERA USO TEMPORAL |
| E-MOO-0189 | ESPECTROFOTOMETRO | 20/01/10 | | PERKIN-ELMER | LAMBDA 660 | --- | --- | --- | --- | | SIN FICHA DE EQUIPO |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|--|
| E-MCO-0190 | MAQUINA MULTIENSAYOS DE TRACCION COMPRESION DE 20 TN CON ACCESORIOS | 20/01/10 | | PROETI | 20.0168 | 20699,792 | CALIBRACIÓN BIANUAL | JULIO 2020 | JULIO 2022 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | SOLO SE EMPLEA PARA ROTURA DE BALDOSAS O P. PRISMATICAS CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EMITIDO POR PROETI |
| E-M00-0191 | MÁQUINA DE LOS ANGELES | 20/01/10 | | PROETI | 23.0002 | S/N | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | ACTUALMENTE SIN USO. PERO APTO |
| E-MOO-0192 | DISPOSITIVO PARA CALENTAMIENTO DE AZUFRE CON CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA | 20/01/10 | | proeti | 27.0082 | 21299 | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | FUERA DE USO TEMPORAL. DESUSO DEL REFRENTADO CON AZUFRE |
| E-MOO-0193 | DISPOSITIVO DE VERIFICACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 20/01/10 | | | | | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOV-0194 | EDÓMETRO | 20/01/10 | | CONTROLS | T-312 | | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | LM. BANCADA GRIS CON 3 PUESTOS. |
| E-MOV-0195 | MANOMETRO PARA PRUEBA DE PRESION EN SOLDADURAS | 05/09/16 | | GRUPO QUERO | M0101 40 PV 12DC2.5 | RR18TL BRIP44S NE | | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0196 | COMPACTADORA AUTOMATICA | 20/01/10 | | CONTROLS | T0086 | | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | FUERA DE USO TEMPORAL |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|--------------|-----------------------|--------------|--|---|--|--------------------------|--|
| E-MCV-0197 | EQUIPO NUCLEAR PARA LA DETERMINACION DE DENSIDAD Y HUMEDAD TROXLER | 20/01/10 | MECACISA | TROXLER | 3430 | 32321 | CALIBRACIÓN Hermeticidad anual CALIBRACIÓN Inspección visual varilla (líquidos penetrantes) cada 5 años V. SEMESTRAL | C. JULIO 2020 C. MARZO 2017 V. ENERO 2021 | JULIO 2021 MARZO 2022 ENERO 2022 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | CONTROL DE EQUIPO EN DOCUMENTACIÓN CSN |
| E-MOO-0198 | EXTRACTOR CENTRIFUGO SMM | 20/01/10 | | CONTROLS | 75B24/A | | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOO-0199 | MARTILLO VIBRANTE CON FRECUENCIA A 1.600 A 2.000 RPM CON PISTON DE ACERO QUE NO EXCEDA DE 3.5Kg | 20/01/10 | | ATLAS COPCO | KANGOO 900 N | 9000E33 66 | | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | LM |
| E-MOV-0200 | SERIE TAMICES INDICE DE LAJAS | 20/01/10 | | PROETI | | | V. ANUAL | DIC.2011 | | LIMPIEZA DPS USO | FUERA DE USO TEMPORAL |
| E-MOO-0201 | TRITURADORA DE MANDIBULAS | 20/01/10 | | | | | | | | LIMPIEZA DPS USO | SIN FICHA DE EQUIPO |
| E-MOV-0202 | DEBASTADORA | 02/10/10 | | INMAQ | DBP05 | 187 | VERIFICACIÓN ANUAL | AGOSTO 2020 | AGOSTO 2021 | LIMPIEZA MENSUAL | |
| E-MOV-203 | MANOMETRO P. PRESION | 05/09/16 | | MT BUSSINESS | EN 837-1 0-25 BAR | IM3300 7 | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-204 | MANOMETRO P. PRESION | 09/11/11 | | SUMISUR | Ø63R12IR 4GR 0-12 BAR | Ø63R12 IR4GR | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2019 | OCTUBRE 2020 | LIMPIEZA DPS USO | SE-DA-DE-BAJA |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|------------|------------|--------------|---|-------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| E-MOV-205 | MANOMETRO P. PRESION | 10/04/19 | | SUMISUR | M0φ63 0-12 BAR | A12BC1.6RR4LB RIP65G NE | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-206 | CALIBRE DIGITAL | 13/11/18 | | MITUTOYO | MITUTOYO CD-6 | 07413926 | VERIFICACIÓN ANUAL | NOV 2020 | NOV 2021 | LIMPIEZA DPS USO | Laboratorio |
| E-MOV-207 | CALIBRE DIGITAL | 13/11/18 | | MITUTOYO | MITUTOYO CD-6 | 07413926 | VERIFICACIÓN ANUAL | NOV 2020 | NOV 2021 | LIMPIEZA DPS USO | Se baja para que usen el 23 de octubre 2019 |
| E-MCV-208 | PÉNDULO RESBALADICIDAD | 21/11/18 | | WESSEX | S 885 | SK1616 | VERIFICACIÓN SEMESTRAL CALIBRACIÓN TRIANUAL | C. DICIEMBRE 2018 VERIFICACIÓN JUNIO 2020 VERIFICACIÓN OCTUBRE 2020 | C. DICIEMBRE 2021 VERIFICACIÓN OCTUBRE 2021 VERIFICACIÓN JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | PT12 PATRÓN DEL PÉNDULO |
| E-MOV-209 | DINAMÓMETRO | 2015 | | PCE-CS 3000N | | HK1502062 | VERIFICACIÓN CADA DOS AÑOS | ABRIL 2019 | ABRIL 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-5007 | MEDIDOR DE DISTANCIAS ULTRASÓNICO LASER | 13/03/19 | | BOSCH | ZAMO | --- | VERIFICACIÓN ANUAL | MARZO 2020 | MARZO 2021 | COMPROBACIÓN VISUAL ANTES DE CADA USO | |
| E-MOV-210 | MANOMETRO P. PRESION | 10/04/2019 | | SUMISUR | M0φ63 0-16 BAR | M0301 | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-211 | MANOMETRO P. PRESION | 10/04/19 | | SUMISUR | M0φ63 0-12 BAR IA12BC1.6RR4LB RIP65GNE | M0301 | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|--|----------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| E-MOV-212 | MANOMETRO P.PRESION | 10/04/19 | | SUMISUR | M0φ63 0-16 BAR IA16BC1.6 RR4LBRIP 65GNE | M0301 | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-213 | MANOMETRO P.PRESION | 10/04/19 | | SUMISUR | M0φ63 0-16 BAR IA16BC1.6 RR4LBRIP 65GNE | M0301 | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-214 | MANOMETRO P.PRESION | 10/04/19 | | SUMISUR | M0φ63 0-16 BAR | M0301 | VERIFICACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOV-215 | SONDA TP30D | 13/06/19 | | TECOINSA | TP-30D | 003 4713 | VERIFICACIÓN DEL MECANISMO SPT BIANUAL | MAYO 2019 | MAYO 2021 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-216 | MARTILLO VIBRANTE | 17/09/19 | | DEWALT | D25899 | | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOV-217 | COMPACTADORA AUTOMÁTICA | 04/10/19 | | JOVE. COMPAC- AUT | TIPO 00390 | 0600102 019 | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | EL TÉCNICO REVIS EL EQUIPO 5/10/19, LO DEJA PUESTO A PUNTO. SE VERIFICA LA ALTURA DE CAÍDA Y EL PESO DE LA MASA DE COMPACTACIÓN |
| E-MOO-227 | SOPORTE MAGNÉTICO REGULABLE | 14/10/19 | | LIMIT | HOLE Ø 8 mm | 6019- 1004 | --- | | | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | |
| E-MOV-228 | GALGA PARA FINES MÚLTIPLES | 30/10/19 | | INSIZE | 4835-1 | 2407158 176 | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | PT-10 |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|---|----------------|------------|----------------|---------------|-----------------------|--|----------------|-----------------|--------------------------|---|
| E-MOV-229 | PRESIÓMETRO | 27/11/19 | | MECATEC | HQ-200 | 0251120 19 | VERIFICACIÓN ANUAL | OCTUBRE 2020 | OCTUBRE 2021 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | EL TÉCNICO DE MECACISA REALIZA UNA REVISIÓN Y FORMACIÓN AL TÉCNICO Y SE VERIFICA EL EQUIPO |
| E-MOV-230 | DURÓMETRO | 30/01/20 20 | | PCE-Ibérica | PCE-5000 | GL8821 212514 | VERIFICACIÓN ANUAL | ENERO 2021 | ENERO 2022 | LIMPIEZA DPS DE CADA USO | Adquirido en enero de 2020, se revisa y todo correcto. |
| E-MOV-231 | SONDA TP30LR | 30/01/20 20 | | TECOINSA | TP-30LR | 04.18.15 0 | VERIFICACIÓN DEL MECANISMO SPT BIANUAL | ENERO 2020 | ENERO 2023 | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MOO-232 | SISTEMA APLICACIÓN PRESIONES (BOMBA NUEVA TRIAXIAL) | 01/06/20 20 | | FINI | SHUTTLE | FMAA10 4FNM13 6 | --- | --- | --- | LIMPIEZA DPS USO | |
| E-MCV-233 | SONÓMETRO INTEGRADOR CLASE I Y MICRÓFONO | 01/06/20 20 | | CESVA CESVA | SC420 C140 | T 250695 15376 | CALIBRACIÓN ANUAL | JUNIO 2020 | JUNIO 2021 | | Se adquiere en Junio de 2020, se revisa y se calibrará con el calibrador sonoro previo uso siempre. Se calibrará al año siguiente con organismo autorizado. |
| E-MOO-233 | MÓDULO PARA LA MEDICIÓN DEL TIEMPO DE REVERBERACIÓN | 01/06/20 20 | | CESVA | RT420 | | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-233 | MÓDULO ANALIZADOR POR BANDAS DE 1/3 DE OCTAVA | 01/06/20 20 | | CESVA | TF420 | | --- | --- | --- | | |
| E-MCV-234 | CALIBRADOR SONORO CLASE I | 01/06/20 20 | | CESVA | CB006 | 0902535 | --- | --- | --- | | |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|-----------|--------------|-----------------|----------------------|--|-----------------|-----------------------|---|
| E-MOO-235 | BASTIDOR PARA MARTILLO "KANGO" | 15/10/2020 | | | | | --- | --- | | | |
| E-MOO-236 | | | | | | | | | | | |
| E-MOO-237 | TRÍPODE PARA SONÓMETRO, DOSÍMETRO Y MICRÓFONO | 01/06/2020 | | CESVA | TR050 | | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-238 | AMPLIFICADOR DE POTENCIA CON ECUALIZADOR GRÁFICO (FUENTE SONORA OMNIDIRECCIONAL) | 01/06/2020 | | CESVA | AP602 | | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-239 | PANTALLA OMNIDIRECCIONAL DE FORMA DODECAÉDRICA | 01/06/2020 | | CESVA | BP012 | | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-240 | TRÍPODE CON RUEDAS PARA DODECAEDRO | 01/06/2020 | | CESVA | TR014 | | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-241 | CESVA INSULATION STUDIO | 01/06/2020 | | CESVA | C.I.S. | | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-242 | MÁQUINA DE IMPACTOS | 01/06/2020 | | CESVA | MI006 | T 249743 | --- | --- | --- | | |
| E-MOO-243 | MULTIHERRAMIENTA (DURÓMETRO) | 01/06/2020 | | POWERPLUS | POWX134 1 | | --- | --- | --- | | |
| E-MOV-244 | TERMÓMETRO DIGITAL -20°C A +230°C | 13/07/2020 | | TESTO | IP67 | 0560111 3911 | VERIFICACIÓN BIANUAL | 13/07/2020 ES CUANDO SE COMPRA, NO SE VERIFICA | JULIO 2022 | | VERIFICACIÓN ANUAL CON NUESTRO PATRÓN INTERNO EN 2022 |

| CÓDIGO EQUIPO | DENOMINACIÓN | FECHA ALTA | FECHA BAJA | MARCA | MODELO | Nº SERIE | PERIODO CALIB/VER | ÚLTIMA CAL/VER | PRÓXIMA CAL/VER | PERIODO MANTENIMIENTO | OBSERVACIONES |
|---------------|--|------------|------------|----------|------------------|--|----------------------|---|-----------------|-----------------------|---|
| E-MOV-245 | TERMÓMETRO DIGITAL -50°C A +250°C | 13/07/2020 | | TESTO | Mini thermometer | 0560111 | VERIFICACIÓN BIANUAL | 13/07/2020 ES CUANDO SE COMPRA, NO SE VERIFICA | JULIO 2022 | | VERIFICACIÓN ANUAL CON NUESTRO PATRÓN INTERNO EN 2022 |
| E-MOV-246 | TERMÓMETRO DIGITAL -50°C A +250°C | 13/07/2020 | | TESTO | Mini thermometer | 0560111 | VERIFICACIÓN BIANUAL | 13/07/2020 ES CUANDO SE COMPRA, NO SE VERIFICA | JULIO 2022 | | VERIFICACIÓN ANUAL CON NUESTRO PATRÓN INTERNO EN 2022 |
| E-MOV-247 | CAUDALÍMETRO | 01/09/2020 | | RUEDAGUA | CALIBRE ½" | A044183 | VERIFICACIÓN ANUAL | SE ADQUIERE SEPTIEMBRE 2020 NO SE VERIFICA HASTA 2021 | SEPTIEMBRE 2021 | | |
| E-MOO-248 | CHUM SYSTEM ULTRASONIC TRANSCIVER ON 50 M DEPTH ENCODER | 19/10/2020 | | PILETEST | | 1668 T2377, T2378 E5629, E5630 | --- | --- | --- | | EL EQUIPO TRAE UN USB PARA INSTALAR PROGRAMA |

NOTA:

- LOS NÚMEROS MARCADOS COMO LIBRES CORRESPONDEN A ACCESORIOS DE EQUIPOS QUE SE HAN INCLUIDO DENTRO DEL EQUIPO PRINCIPAL, POR LO QUE HAN QUEDADO LIBRES. REUTILIZAR PARA LAS FICHAS QUE SE VAYAN ABRIENDO
- LA VERIFICACIÓN PUEDE SER UNA INSPECCIÓN VISUAL, UNA CALIBRACIÓN INTERNA (CON PATRONES).
- C.V. = CERTIFICADO

| | |
|----------|----------------------------------|
| CONCEPTO | REVISADO Y APROBADO POR: |
| Cargo | DIRECTOR TÉCNICO DEL LABORATORIO |

Firma

